



МАНОМЕТР ДЕФОРМАЦИОННЫЙ С ТРУБЧАТОЙ  
ПРУЖИНОЙ СЕРИИ 1

П А С П О Р Т №  
19/10/21.

**1. Общие сведения**

1.1 Манометр предназначен для измерения давления газообразных, жидких, не вязких, не кристаллизующихся, не агрессивных к деталям из медных сплавов сред.

1.2 Деформационный манометр с трубчатой пружиной серии 1 (модель (смотри исполнение) выпускают по документации фирмы-изготовителя.

1.3 Исполнение: смотрите пункт 2.

Манометр зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 15141-13 (Свидетельство об утверждении типа средства измерений № 53276 от 09.12.2013 г.).

1.4 Изготовитель: фирма "WIKAI Polska S.A.", Польша.

**2. Основные технические данные и характеристики**

Манометр с трубкой Бурдона, модель 111.xx

Модель: 111.10

Технические характеристики согласно типовому листу

Модель: 111.10 стандартное исполнение

Номинальный размер: 100 мм

Единицы шкалы: бар

Диапазон измерений: избыточное давление

Диапазон шкалы: 0...0,6 бар

Присоединение к процессу: G 1/2 В

Положение присоединения: радиальное

Корпус: чёрная сталь

Стекло: пластик, прозрачный

Класс точности: Класс 1.6

Дополнительная информация для заказа: для температур измеряемой среды до 150°C

Дополнительные одобрения: с

Стрелка: Алюминиевая, чёрная

Упаковка: разовая упаковка

Циферблат: алюминий, белый, со штифтовым упором

Серийный номер на циферблате: Серийный номер \*...\*

Технические характеристики согласно типовому листу: РМ 01.01

описание циферблата:

Стандарт: Русский

Цвет 1-й шкалы (наруж.): Чёрный

Фон циферблата: Белый

Дополнительный текст на циферблате: -

Логотип заказчика, начинающийся с: WI

Логотип: WIKAI RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + \*ГОСТ-

Логотип\* + \*Тип\*

Логотип производителя: \*WIKAI\*

Серийный номер на циферблате: Серийный номер \*...\*

Штифт ограничительный на циферблате: на нуле

Одобрения и Сертификаты

Страна: Россия

Разрешительные документы/сертификаты: EAC (Импорт) + ГОСТ (Метрология) + Паспорт

**3. Комплектность**

Наименование	Кол-во	Примечание
1. Прибор	1	Партия изделий, поставляемых на один адрес, комплектуется одним паспортом.
2. Паспорт		

**4. Свидетельство о приемке**

4.1 Прибор соответствует требованиям EN 837-1, ТУ РМ 01.01 и признан годным к эксплуатации. Контроль качества изготовления по ИСО 9001.

Отметка торгующей организации:

**19.10.2021** \_\_\_\_\_

**5. Гарантийные обязательства**

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие манометра требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации манометра - 24 месяца со дня продажи.

